



12/577

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РСК)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8
телефон, факс: +7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог); 24-26-33 (приемная директора)
e-mail: iresm@irkutsk.ru
http://iresm.ru/

ОКПО 02570181, ОГРН 1033801007613
ИНН/КПП 3808001762/380801001

Свидетельство о регистрации в РСК № 001451, действительно до 12.05.2026

СЕРТИФИКАТ

О КАЛИБРОВКЕ № 916-003056

Средство измерений Дозатор весовой ; инертные материалы с НПИ=3000 кг
(терминал № 90909475); № 100229

наименование, тип, заводской номер СИ

Дата поступления на калибровку 3 апреля 2023 г.

Наименование и адрес заказчика ООО "Бетон 38", 665800, Россия, Иркутская обл. г.
Ангарск, Второй промышленный массив, 30 квартал, строение 4, 68-75-75,
52-22-93,8-904-155-95-75,8-908-650-54-25,8-902-579-01-02

Место проведения калибровки ООО "Бетон 38"

Дата проведения калибровки 3 апреля 2023 г.

Методика калибровки, ГОСТ 8.523-2014 « Дозаторы весовые дискретного действия.
Методика поверки»

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки отклонение показаний во всем диапазоне взвешивания не
превышает 1%

действительные значения метрологических характеристик

Условия проведения калибровки Температура окружающей среды 15 °С;
Относительная влажность 59 %; Атмосферное давление 97,6 кПа;

Доказательства прослеживаемости измерений 52768.13.4P.00165246 № 35625857
разряд 4P годен до 08.01.2024 г.,811.66.4P.00172225 № 7 разряд 4P годен до 11.01.2024
г.,811.66.4P.00172226 № 62 разряд 4P годен до 15.01.2024 г.,811.66.4P.00172224 № 70
разряд 4P годен до 15.01.2024 г.,811.66.4P.00172223 № 71 разряд 4P годен до
15.01.2024 г.

сведения об используемых прикалибровке эталонах, №№ и даты свидетельств о поверке (калибровке)

Приложения к Сертификату о калибровке _____

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты - указывается количество страниц

Начальник отдела _____

(подпись)



Гаврилин Н.А.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

Оттиск калибровочного клейма _____

Калибровщик _____

(подпись)

Швецов М.Н.

фамилия, имя и отчество (если имеется)

*Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории).