



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»  
(ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РСК)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д.8  
телефон, факс: +7 (3952) 77-80-18 (отдел приемки СИ), 77-81-80 (главный метролог), 24-26-33 (приемная директора)  
e-mail: irscsm@irkutsk.ru  
http://irscsm.ru/

ОКПО 02570181, ОГРН 1033801007613  
ИНН/КПП 3808001762/380801001

Свидетельство о регистрации в РСК № 001451, действительно до 12.05.2026

# СЕРТИФИКАТ

О КАЛИБРОВКЕ № 916-003059

Средство измерений Дозатор весовой ; цемент с НПИ=600 кг (терминал № 90909364); № 100229

наименование, тип, заводской номер СИ

Дата поступления на калибровку 3 апреля 2023 г.

Наименование и адрес заказчика ООО "Бетон 38", 665800, Россия, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный массив, 30 квартал, строение 4, 68-75-75, 52-22-93,8-904-155-95-75,8-908-650-54-25,8-902-579-01-02

Место проведения калибровки ООО "Бетон 38"

Дата проведения калибровки 3 апреля 2023 г.

Методика калибровки ГОСТ 8.523-2014 « Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки»

наименование, номер, кем утверждена

Результаты калибровки отклонение показаний во всем диапазоне взвешивания не превышает 1%

действительные значения метрологических характеристик

Условия проведения калибровки Температура окружающей среды 15 °С; Относительная влажность 59 %; Атмосферное давление 97,6 кПа;

Доказательства прослеживаемости измерений 52768.13.4Р.00165246 № 35625857 разряд 4Р годен до 08.01.2024 г.,811.66.4Р.00172225 № 7 разряд 4Р годен до 11.01.2024 г.,811.66.4Р.00172226 № 62 разряд 4Р годен до 15.01.2024 г.,811.66.4Р.00172224 № 70 разряд 4Р годен до 15.01.2024 г.,811.66.4Р.00172223 № 71 разряд 4Р годен до 15.01.2024 г.

сведения об используемых прикалибровке эталонах, №№ и даты свидетельств о поверке (калибровке)

Приложения к Сертификату о калибровке -----

протоколы, градуировочные таблицы, отчеты - указывается количество страниц

Начальник отдела \_\_\_\_\_  
(подпись)



Гаврилин Н.А.  
фамилия, имя и отчество (если имеется)

Оттиск калибровочного клейма \_\_\_\_\_

Калибровщик \_\_\_\_\_  
(подпись)

Швецов М.Н.  
фамилия, имя и отчество (если имеется)

\*Сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения метрологической службы (калибровочной лаборатории).